

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
ซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก Nail) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง

๑. ความเป็นมา

จังหวัดลำปาง โดยโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก Nail) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลเกาะคา ตามนโยบายแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดลำปาง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีเครื่องมือ วัสดุกระดูก Nail ให้บริการอย่างต่อเนื่อง สำหรับใช้ยึดตรึงกระดูกต้นขาที่มีการหักบริเวณกระดูกข้อสะโพกส่วนบน (Proximal Femoral Fracture) ร่วมกับการหักของกระดูกต้นขาส่วนแกน (Proximal Shaft Fracture) และการหักบริเวณกระดูกต้นขา (Femoral Fracture) และการหักของกระดูกหน้าแข้ง (Shaft Tibia Fracture) จากการบาดเจ็บหรือโรค โดยมีอุปกรณ์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด

๒.๒ รองรับบริการให้บริการ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลภายในจังหวัดลำปาง

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ หน่วยงานของรัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


 นายโรจนินท์ อู่อิทธิสมบัติ
 ประธานกรรมการ


 นางสาววรรณิศา คำเมืองใจ
 กรรมการ


 นางสาวจิรนนท์ เทพสุทะ
 กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศเชิญชวน กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๓ บริษัทผู้จำหน่ายจะต้องมีสินค้าจำหน่ายทุกรายการ ไม่ได้แยกจำหน่ายเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด และมีสินค้าเพียงพอต่อการให้บริการ

๔. ความต้องการคุณลักษณะทั่วไป มีคุณสมบัติตามกำหนดดังนี้

๔.๑ ชุดโลหะตามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น (Antirotation Proximal femoral Nail)

๔.๒ ชุดโลหะตามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ส่วนต้นขา ชนิดมีรูล็อก (Femer nail)

๔.๓ ชุดโลหะใส่ในโพรงกระดูก ส่วนหน้าแข้ง (Tibia nail)

๔.๑ ชุดโลหะตามกระดูกและสกรู และวัสดุปิดแท่งโลหะ ทำมาจากไททานเนียม เกรด ๕ อัลลอยด์ ปลดอสนิม

๔.๒ วัสดุโลหะสามารถนึ่งอบ ด้วยความร้อน หรือแก๊ส หรือทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อ ในการทำให้ปราศจากเชื้อได้โดยไม่เสียคุณสมบัติ และความแข็งแรง

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีคุณสมบัติตามกำหนดดังนี้


๕.๑ ชุดโลหะตามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น (Antirotation Proximal femoral Nail) ประกอบด้วย

๕.๑.๑ แกนโลหะใส่ในโพรงกระดูก ซึ่งสามารถใช้กับ Proximal Locking Screw ทั้งแบบ APFN Blade และแบบ Lag Screw ได้

๕.๑.๑.๑ เป็นแกนโลหะรูปทรงกระบอก ชนิดมีรูผ่านตลอด มีส่วนโค้งตรงตามกายวิภาคของกระดูก ทำมุมแนวระนาบประมาณ ๕ องศา


นายโรจันันท์ อุธิระสมบัติ
ประธานกรรมการ


นางสาววรรณิภา คำเมืองใจ
กรรมการ


นางสาวจิรนนท์ เทพสุทธะ
กรรมการ

๕.๑.๑.๒ มีความยาว ๒ แบบ คือ แบบสั้นและแบบยาว

แบบสั้น มีขนาดตั้งแต่ ๑๘๐ - ๒๔๐ มิลลิเมตร โดยประมาณ สามารถใช้ได้ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา

แบบยาว มีขนาดตั้งแต่ ๓๔๐ - ๔๔๐ มิลลิเมตร โดยประมาณ แยกเป็นข้างซ้ายและข้างขวา โดยเพิ่มขึ้นขนาดละ ๒๐ มิลลิเมตร

๕.๑.๑.๔ ส่วนบน (Proximal Nail) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕.๐ มิลลิเมตร มีรูสำหรับใส่ Blade ซึ่งเจาะเอียงทำมุมประมาณ ๑๓๐ องศา

๕.๑.๑.๕ ด้านบนแกนโลหะมีรูลักษณะเป็นเกลียวสำหรับใส่ฝาปิด (End Cap)

๕.๑.๑.๖ ส่วนล่าง (Distal Nail) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ มิลลิเมตร

๕.๑.๑.๗ ปลายด้านล่าง มีรูไว้สำหรับใส่สกรู (Interlocking Screw) เพื่อยึดแกนโลหะไม่ให้ เคลื่อนที่ สามารถใส่ได้ทั้งแบบ Dynamic และ Static Lock โดยปลายแกนโลหะ แบบสั้น มี ๑ รู และแบบยาว มี ๒ รู

๕.๑.๒ ก้านโลหะใส่ในกระดูกหัวสะโพก ชนิดมีเกลียวแบบตอกเข้าหัวกระดูกข้อสะโพก APFN Blade

๕.๑.๒.๑ ปลายด้านที่ล็อกเข้ากับหัวกระดูกข้อสะโพก มีลักษณะเป็นเกลียว สามารถ หมุนได้รอบโดยใช้วิธีการตอกเข้ากับหัวกระดูกข้อสะโพก และมีระบบล็อก ไม่ให้หมุนเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐.๕ มิลลิเมตร โดยประมาณ

๕.๑.๒.๒ ปลายด้านที่ล็อกเข้ากับแท่งโลหะใส่ในโพรงกระดูกต้นขา มีลักษณะเป็นผิวเรียบมีขอบด้านหนึ่งเป็นสันขึ้นมาเพื่อล็อกแนวการใส่

๕.๑.๒.๓ มีขนาดความยาวตั้งแต่ ๗๐-๑๒๐ มิลลิเมตร โดยเพิ่มขึ้นขนาดละ ๕ มิลลิเมตร โดยประมาณ

๕.๑.๓ ก้านโลหะใส่ในกระดูกหัวสะโพก ชนิดมีเกลียวแบบหมุนเข้าหัวกระดูกข้อสะโพก Lag Screw

๕.๑.๓.๑ ปลายด้านที่ล็อกเข้ากับหัวกระดูกข้อสะโพก มีลักษณะเป็นเกลียวแบบ Lag Screw สามารถหมุนได้รอบตัวโดยใช้วิธีการหมุนเข้ากับหัวกระดูกและมีระบบล็อกไม่ให้ หมุนเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐.๕ มิลลิเมตร


๕.๑.๓.๒ มีร่องยาวตรงส่วนแกนกลางเพื่อรองรับระบบการล็อกการหมุนเมื่อใส่ Interlocking Connecting Screw

๕.๑.๓.๓ มีขนาดความยาวตั้งแต่ ๗๐ - ๑๒๐ มิลลิเมตร โดยเพิ่มขึ้นขนาดละ ๕ มิลลิเมตร โดยประมาณ

๕.๑.๔ สกรูยึดกระดูก (Interlocking Bone Screw) เป็นสกรูเกลียวเต็ม (Fully Threaded) ชนิด Self Tapping ใช้สำหรับยึดแกนโลหะส่วนปลายกับกระดูกต้นขา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔.๙ มิลลิเมตร สำหรับแท่งโลหะตามกระดูก สกรูมีความยาวตั้งแต่ ๒๐ - ๗๐ มิลลิเมตร โดยเพิ่มขึ้นขนาดละ ๒ มิลลิเมตร โดยประมาณ


นายโรจนันท์ อุทธิริสมบัติ
ประธานกรรมการ


นางสาววรรณิภา คำเมืองใจ
กรรมการ


นางสาวจิรนนท์ เทพสุทธะ
กรรมการ

๕.๑.๕ ฝาปิดแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูก (End Cap) มี ๒ แบบ คือ แบบมีหมุดตรงปลาย และ แบบไม่มีหมุดตรงปลาย สำหรับยึดแกน blade โดยแต่ละแบบมีขนาดความสูงของฝาปิด ๐ และ ๕ มิลลิเมตร โดยประมาณ

๕.๑.๖ สกรูล็อกแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูก (Interlocking Connecting Screw) ตรงส่วนหัวมีลักษณะ เป็นร่องหกเหลี่ยม แกนกลางส่วนต้นมีลักษณะเป็นเกลียว และแกนกลางส่วนปลายมี ลักษณะผิวเรียบปลายสำหรับล็อก เข้ากับตำแหน่งร่องยาวของก้าน โลหะใส่ในกระดูกหัวสะโพก แบบ Lag Screw

๕.๒ ขุดโลหะตามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ส่วนต้นขา ชนิดมีรูล็อก (Femer nail) ประกอบด้วย

๕.๒.๑ แท่งโลหะ ชนิดมีรูผ่านตลอด มีความโค้งใกล้เคียงตามกายวิภาคของกระดูกมนุษย์ แท่งโลหะ มีขนาดความยาว ๒ แบบ คือ แบบสั้น และ แบบยาว รายละเอียดดังนี้

- แบบสั้น มีขนาดความยาว ๒๔๐ มิลลิเมตร สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งข้างซ้าย และ ข้างขวา
- แบบยาว มีขนาดความยาว ๓๔๐ - ๔๔๐ มิลลิเมตร โดยแยกเป็นข้างซ้าย และ ข้างขวา

๕.๒.๑.๑ แท่งโลหะใส่ในโพรงกระดูกส่วนบน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ ๑๓.๕ มิลลิเมตร

๕.๒.๑.๒ แท่งโลหะใส่ในโพรงกระดูกส่วนปลาย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ , ๑๐ และ ๑๑ มิลลิเมตร

๕.๒.๑.๓ ส่วนบนของแท่งโลหะตามกระดูก (Proximal Nail) มีรูสำหรับใส่สกรูขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๔ มิลลิเมตร จำนวน ๒ รู และ รูสำหรับใส่สกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๙ มิลลิเมตร จำนวน ๒ รู

๕.๒.๑.๔ ส่วนบนด้านในของแท่งโลหะตามกระดูกมีรูลักษณะเป็นเกลียวสำหรับใส่ วัสดุปิดแท่งโลหะ (End Cap)

๕.๒.๑.๕ ส่วนปลายของแท่งโลหะตามกระดูกมีรูสำหรับใส่สกรู (Locking Screw) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๙ มิลลิเมตร จำนวน ๓ รู สามารถใส่สกรูได้ทั้งแบบ Dynamic Lock และ Static Lock

๕.๒.๑.๖ แท่งโลหะใส่ในกระดูกส่วนต้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๔ มิลลิเมตร สามารถใส่ (Cannulated Screw) ได้


๕.๒.๒ สกรูยึดแท่งโลหะใส่ในกระดูก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ ๔.๙ มิลลิเมตร (Locking Bone Screw) มีลักษณะเกลียวสกรูแบบเต็ม (Fully Threaded) สกรูสามารถทำเกลียวได้ในตัวเอง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำเกลียว (Self-Tapping) ใช้สำหรับยึดแท่งโลหะใส่ในโพรงกระดูกส่วนต้น และ ส่วนปลาย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยประมาณ ๔.๙ มิลลิเมตร


๕.๒.๒.๑ มีขนาดความยาวตั้งแต่ ๒๐ - ๗๐ มิลลิเมตร โดยเพิ่มขึ้นขนาดละ ๒ มิลลิเมตร

๕.๒.๓ ฝาปิดแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูก (End Cap)

มีขนาดความสูงของฝาปิดแท่งโลหะตามกระดูก ๔ ขนาด คือ ความสูง ๒ , ๕ , ๑๐ และ ๑๕ มิลลิเมตร โดยประมาณ


นายโรจน์นทร์ อุศิริสมบัติ
ประธานกรรมการ


นางสาววรรณิภา คำเมืองใจ
กรรมการ


นางสาวจิรนนท์ เทพสุทะ
กรรมการ

๕.๓ ชุดโลหะใส่ในโพรงกระดูก ส่วนหน้าแข้ง (Tibia nail)

๕.๓.๑ แท่งโลหะใส่ในโพรงกระดูกส่วนหน้าแข้ง (Tibia Nail)

- ๕.๓.๑.๑ เป็นแท่งโลหะ ชนิดมีรูผ่านตลอด มีความโค้งใกล้เคียงตามกายวิภาคของกระดูกมนุษย์
- ๕.๓.๑.๒ แท่งโลหะใส่ในโพรงกระดูกส่วนบน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ ๑๒.๕ มิลลิเมตร
- ๕.๓.๑.๓ แท่งโลหะใส่ในโพรงกระดูกส่วนล่าง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ ๘ , ๙ , ๑๐ และ ๑๑ มิลลิเมตร
- ๕.๓.๑.๔ แท่งโลหะ มีขนาดความยาวตั้งแต่ ๒๗๐ - ๓๙๐ มิลลิเมตร โดยประมาณ โดยเพิ่มขึ้นขนาดละ ๑๕ มิลลิเมตร
- ๕.๓.๑.๕ ส่วนบนของแท่งโลหะตามกระดูก (Proximal Nail) มีรูสำหรับใส่สกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๕.๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ รู
- ๕.๓.๑.๖ ส่วนบนด้านในของแท่งโลหะตามกระดูกมีรูลักษณะเป็นเกลียวสำหรับใส่วัสดุปิดแท่งโลหะ (End Cap)
- ๕.๓.๑.๗ ส่วนปลายของแท่งโลหะตามกระดูกมีรูสำหรับใส่สกรู (Locking Screw) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ รู

๕.๓.๒. สกรูยึดแท่งโลหะใส่ในกระดูก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๐ มิลลิเมตร (Locking Screw ๕.๐ mm.) มีลักษณะเกลียวสกรูแบบเต็ม (Fully Threaded) สกรูสามารถทำเกลียวได้ในตัวเอง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำเกลียว (Self-Tapping) ใช้สำหรับยึดแท่งโลหะใส่ในโพรงกระดูกส่วนต้น หัวสกรูมีลักษณะเป็นแบบรูปดาว (Star Head)

๕.๓.๒.๑ มีขนาดความยาวตั้งแต่ ๒๖ - ๗๐ มิลลิเมตร โดยเพิ่มขึ้นขนาดละ ๒ มิลลิเมตร โดยประมาณ

๕.๓.๓. ฝาปิดแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูก (End Cap)

มีขนาดความสูงของฝาปิดแท่งโลหะตามกระดูก ๔ ขนาด คือ ความสูง ๐ , ๕ , ๑๐ และ ๑๕ มิลลิเมตร

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ทวีปเอเชีย
- ๖.๒ สินค้าเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๖.๓ ผ่านประเมินของแพทย์ ในกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของเกณฑ์การประเมิน
- ๖.๔ มีผู้แทนบริษัท ช่วยผ่าตัด
- ๖.๕ สามารถจัดส่งเครื่องมือได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
- ๖.๖ มีส่วนเจาะกระดูกวางไว้ประจำที่โรงพยาบาลเพื่อใช้ในการผ่าตัด
- ๖.๗ มีเครื่องมือสำหรับผ่าตัดวางไว้ประจำในโรงพยาบาลเพื่อให้ยืมใช้โดยไม่คิดมูลค่า
- ๖.๘ มีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง
- ๖.๙ สินค้าผ่านการรับรองระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์มาตรฐานสากล ISO

๑๓๔๘๕ , ISO ๑๐๙๙๓-๑ และ ISO ๑๕๒๒๓-๑

นายโรจน์นทร์ อุศิริสมบัติ
ประธานกรรมการ

นางสาววรรณิศา คำเมืองใจ
กรรมการ

อ.อัมรินทร์ เทพสุทะ
นางสาวจิรนนท์ เทพสุทะ
กรรมการ

- ๖.๑๐ สินค้าผลิตจากวัสดุไททาเนียม เกรด ๕ ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้าง
จุลภาคตามมาตรฐาน ISO ๕๘๓๒-๑ และ ISO ๕๘๓๒-๓
- ๖.๑๑ สินค้าผ่านการรับรองคุณภาพระบบประเมินความสามารถทางวิชาการของ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕
- ๖.๑๒ สินค้ามีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของ
เครื่องมือแพทย์ตามข้อกำหนดของ European Committee (EC Certificate
หรือ CE mark)

๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

จำนวน ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๘.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวมต่ำสุด และราคาต่อรายการต่ำสุด โดยไม่แยกพิจารณา ผู้เสนอราคาจะต้องมีสินค้าจำหน่ายทุกรายการตาม TOR

๘.๒ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด ที่เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด


๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร


เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาลเกาะคา) ประจำปี ๒๕๖๘ วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๑๐. งานงานและการจ่ายเงิน

ผู้ซื้อจะจ่ายเงินซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาต่อรายการเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นรายงวด จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ งวด โดยจะตัดจ่ายเป็นจำนวนเงินตามปริมาณที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วเสร็จตามสัญญาในแต่ละงวดคิดจากปริมาณ ที่ดำเนินการจริงในแต่ละเดือน โดยแต่ละงวดมีระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน


นายโรจนันท์ outhirak
ประธานกรรมการ


นางสาววรรณิกา คำเมืองใจ
กรรมการ


นางสาวจิรนนท์ เทพสุทธะ
กรรมการ

๑๑. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย

ผู้จะขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้จะขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้จะขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จะซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้จะขาย โดยผู้จะขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

นายโรจน์นทร์ อู่ศิริสมบัติ
ประธานกรรมการ

นางสาววรรณิภา คำเมืองใจ
กรรมการ

นางสาวจิรนนท์ เทพสุทะ
กรรมการ